





## MANUAL SELVTEST TIK'ALERT® Selvtest

NO

quicktest.no

### Les av resultatet

Styrke, farge eller intensitet i testvinduet har ingen effekt eller betydning for å kunne avlese testresultater.  
T og C er forkortelser for T (Test) og C (Control).

#### 1. Negativt resultat

To farge linjer vises i testvinduet under T og C. Merk at intensiteten under T kan være tydeligere eller svakere enn under C. Det betyr at antistoffer mot Borrelia-bakterien er oppdaget i blodet. Du bør kontakte lege umiddelbart.



#### 2. Positivt resultat

Bare en farge linje vises under C (Control). Dette betyr at antistoffer mot Borrelia-bakterien har blitt oppdaget i blodet.



#### 3. Mislykket resultat

Hvis ingen linje vises, eller hvis bare en linje vises under T, har testen mislykkes og bør kasseres. Merk at selvtesten da er forbruket og ikke kan gjenbrukes. Det anbefales at en ny test utføres.



### Spørsmål og svar

#### Hvordan fungerer testen?

Hvis et flåttbit har gitt borrelia, finnes det IgM-antistoffer i blodet. Borrelia TIK ALERT oppdager dette antistoffet.

#### Når skal testen utføres?

Det anbefales å utføre testen 2-4 uker etter et mistenklig flåttbit eller når det vises et rødt mørke der bittet oppstod. Merk at bare 1-2% av flåttbit gir Borrelia. Et positivt resultat indikerer en infeksjon og en lege skal da kontaktes.

#### Kan resultatet vise feil?

Resultatet er korrekt dersom testen er utført i henhold til instruksjonene. Testen kan vise feil hvis testkassetten har blitt utsatt for fugtighet eller om mengden blod ikke er tilstrekkelig. Den medfølgende pipetten sikrer at riktig mengde blod blir brukt.

#### Har linjenes intensitet i testvinduet noen betydning?

Styrke, farge eller intensitet av kontrollstreken har ingen effekt eller betydning for å lese testresultatene. Hvis du kan skjelne en linje, bør dette tolkes som en linje.

#### Hva betyr linjen under markeringen C (Control)?

Dette betyr at selvtesten fungerer normalt.

#### Vil testen være pålitelig hvis jeg leser av testen etter 15 minutter?

Nei. Testen skal avleses innen 10 minutter etter at fortynningsmidlet har blitt drøpt i testhullet. Etter 15 minutter er testen ikke pålitelig og bør kastes.

### TIK'ALERT® Selvtest

Ref. 70084BI

Selvtest som indikerer borrelia-infeksjon i blodet.

#### GENERELT

Flått er insekter, som lever i lav vegetation i middelvarme klimaer. Insekterne kan bære borrelia, og kan derfor infisere mennesker (1-2% smittsomme) gjennom bitt på kroppen som har bar hud. Borrelia påvirker nervesystemet og kan føre til alvorlige neurologiske sygdomme. Infeksjonen kan også føre til andre tilstande som kutane lasioner og leddegeit. Etter 3-10 dager, nogle gange op til flere uger etter et bid, oppstår det betændelse i bid-området, sædvældig, og er området rødt. Nogen gange oppstår der feber under udbruddet. Hvis en infeksjon er tilfældet, reagerer immunsystemet ved at frigjøre antistoffer for at tilintetgøre Borrelia bacterium. Et spesifikt antistof (IgM immunoglobulin M) kan identifiseres 2 til 4 uker etter et flåttbid. Normalt behandles borrelia-infeksjon med antibiotika.

#### Bemerk - Les instruksjonene nøje før bruk.

##### 1. Testhull

##### 2. Provesvar

##### 3. Pipette

##### 4. Grå hætte

##### 5. Utlosr

##### 6. Blå hætte

##### 7. Hvid hætte

##### 8. Fortynningsmiddel

#### Innhold:

- 1 stk aluminiumspose som inneholder:
- 1 stk Testkassett
- 1 stk Pipette for blodopsamling
- 1 stk Tørkemiddel (brukes ej)

#### Åbn pakken, når du er klar til å utføre testen.

- 1 steril lancet (+ en ekstra)
- 1 1ml flaske med fortyndning
- 1 manual

### Spørsmål og svar

#### Hvordan fungerer testen?

Hvis et flåttbit har forårsaket borrelia, finnes der IgM-antistoffer i blodet. Borrelia TIK ALERT oppdager dette antistof.

#### Hvornår skal testen brukes?

Det anbefales at utføre testen 2-4 uker etter et mistenklig flåttbid, eller når den kommer et rødt mørke der, hvor bittet oppstod. Bemerk, at kun 1-2 % av flåttbit gir Borrelia. Et positivt resultat indikerer en infeksjon, og en lege bør derefter kontaktes.

#### Kan resultatet være forkert?

Resultatet er korrekt, hvis testen er utført i henhold til instruksjonene. Testresultatet kan være forkert, hvis testkassetten er blevet utsatt for fugt, eller hvis blodmængden ikke er tilstrekkelig. Den medfølgende pipette sikrer, at den rette mængde blod blir brukt.

#### Har linjenes intensitet i testvinduet nogen betydning?

Kontrollstregens styrke, farve eller intensitet har ingen effekt eller betydning for aflæsning af testresultaterne. Hvis du kan skjelne en linje, bør dette tolkes som en linje.

#### Hva betyr linjen under markeringen C (Control)?

Den betyder, at selvtesten fungerer normalt.

#### Er testen anvendelig, hvis jeg aflæser testen efter 15 minutter?

Nej. Testen bør aflæses indenfor 10 minutter etter, at fortyndningsmidlet er blevet drøpt ned i testhullet. Etter 15 minutter er testen ikke anvendelig og bør kasseres.

#### Aflæs resultatet

Styrke, farve eller intensitet i testvinduet har ingen påvirkning eller betydning for aflæsning af testresultatet.  
T og C er forkortelser for T (Test) og C (Kontrol).



### Spørsmål og svar

#### Hvordan fungerer testen?

Hvis et flåttbit har forårsaket borrelia, finnes der IgM-antistoffer i blodet. Borrelia TIK ALERT oppdager dette antistof.

#### Hvornår skal testen bruges?

Det anbefales at utføre testen 2-4 uker etter et mistenklig flåttbid, eller når den kommer et rødt mørke der, hvor bittet oppstod. Bemerk, at kun 1-2 % av flåttbit gir Borrelia. Et positivt resultat indikerer en infeksjon, og en lege bør derefter kontaktes.

#### Kan resultatet være forkert?

Resultatet er korrekt, hvis testen er utført i henhold til instruksjonene. Testresultatet kan være forkert, hvis testkassetten er blevet utsatt for fugt, eller hvis blodmængden ikke er tilstrekkelig. Den medfølgende pipette sikrer, at den rette mængde blod blir brukt.

#### Har linjenes intensitet i testvinduet nogen betydning?

Kontrollstregens styrke, farve eller intensitet har ingen effekt eller betydning for aflæsning af testresultaterne. Hvis du kan skjelne en linje, bør dette tolkes som en linje.

#### Hva betyr linjen under markeringen C (Control)?


Den betyder, at selvtesten fungerer normalt.

#### Er testen anvendelig, hvis jeg aflæser testen efter 15 minutter?

Nej. Testen bør aflæses indenfor 10 minutter etter, at fortyndningsmidlet er blevet drøpt ned i testhullet. Etter 15 minutter er testen ikke anvendelig og bør kasseres.

#### Aflæs resultatet

Styrke, farve eller intensitet i testvinduet har ingen påvirkning eller betydning for aflæsning af testresultatet.  
T og C er forkortelser for T (Test) og C (Kontrol).



### Spørsmål og svar

#### Hvordan fungerer testen?

Hvis et flåttbit har forårsaket borrelia, finnes der IgM-antistoffer i blodet. Borrelia TIK ALERT oppdager dette antistof.

#### Hvornår skal testen bruges?

Det anbefales at utføre testen 2-4 uker etter et mistenklig flåttbid, eller når den kommer et rødt mørke der, hvor bittet oppstod. Bemerk, at kun 1-2 % av flåttbit gir Borrelia. Et positivt resultat indikerer en infeksjon, og en lege bør derefter kontaktes.

#### Kan resultatet være forkert?

Resultatet er korrekt, hvis testen er utført i henhold til instruksjonene. Testresultatet kan være forkert, hvis testkassetten er blevet utsatt for fugt, eller hvis blodmængden ikke er tilstrekkelig. Den medfølgende pipette sikrer, at den rette mængde blod blir brukt.

#### Har linjenes intensitet i testvinduet nogen betydning?

Kontrollstregens styrke, farve eller intensitet har ingen effekt eller betydning for aflæsning af testresultaterne. Hvis du kan skjelne en linje, bør dette tolkes som en linje.

#### Hva betyr linjen under markeringen C (Control)?

Den betyder, at selvtesten fungerer normalt.

#### Er testen anvendelig, hvis jeg aflæser testen efter 15 minutter?

Nej. Testen bør aflæses indenfor 10 minutter etter, at fortyndningsmidlet er blevet drøpt ned i testhullet. Etter 15 minutter er testen ikke anvendelig og bør kasseres.

#### Aflæs resultatet

Styrke, farve eller intensitet i testvinduet har ingen påvirkning eller betydning for aflæsning af testresultatet.  
T og C er forkortelser for T (Test) og C (Kontrol).



### Spørsmål og svar

#### Hvordan fungerer testen?

Hvis et flåttbit har forårsaket borrelia, finnes der IgM-antistoffer i blodet. Borrelia TIK ALERT oppdager dette antistof.

#### Hvornår skal testen bruges?

Det anbefales at utføre testen 2-4 uker etter et mistenklig flåttbid, eller når den kommer et rødt mørke der, hvor bittet oppstod. Bemerk, at kun 1-2 % av flåttbit gir Borrelia. Et positivt resultat indikerer en infeksjon, og en lege bør derefter kontaktes.

#### Kan resultatet være forkert?

Resultatet er korrekt, hvis testen er utført i henhold til instruksjonene. Testresultatet kan være forkert, hvis testkassetten er blevet utsatt for fugt, eller hvis blodmængden ikke er tilstrekkelig. Den medfølgende pipette sikrer, at den rette mængde blod blir brukt.

#### Har linjenes intensitet i testvinduet nogen betydning?

Kontrollstregens styrke, farve eller intensitet har ingen effekt eller betydning for aflæsning af testresultaterne. Hvis du kan skjelne en linje, bør dette tolkes som en linje.

#### Hva betyr linjen under markeringen C (Control)?

Den betyder, at selvtesten fungerer normalt.

#### Er testen anvendelig, hvis jeg aflæser testen efter 15 minutter?

Nej. Testen bør aflæses indenfor 10 minutter etter, at fortyndningsmidlet er blevet drøpt ned i testhullet. Etter 15 minutter er testen ikke anvendelig og bør kasseres.

#### Aflæs resultatet

Styrke, farve eller intensitet i testvinduet har ingen påvirkning eller betydning for aflæsning af testresultatet.  
T og C er forkortelser for T (Test) og C (Kontrol).



### Spørsmål og svar

#### Hvordan fungerer testen?

Hvis et flåttbit har forårsaket borrelia, finnes der IgM-antistoffer i blodet. Borrelia TIK ALERT oppdager dette antistof.

#### Hvornår skal testen bruges?

Det anbefales at utføre testen 2-4 uker etter et mistenklig flåttbid, eller når den kommer et rødt mørke der, hvor bittet oppstod. Bemerk, at kun 1-2 % av flåttbit gir Borrelia. Et positivt resultat indikerer en infeksjon, og en lege bør derefter kontaktes.